



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
"СТЕФАН АНГЕЛОВ"
№ 363/3.04.2020г.
СОФИЯ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Разяснения към обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:
**„ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА НУЖДИТЕ
НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
- БАН“ с двадесет и две обособени позиции.**

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие по горепосочената обществена поръчка, на основание чл. 33 от ЗОП Възложителя прави следните разяснения по публикувана в „Профила на купувача“ на ИМикБ-БАН, **обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ - БАН“ с двадесет и две обособени позиции** с уникален номер в РОП 01482-2020-0001 по обособена позиция № 22 „Система за течна хроматография“:

Въпрос 1:

В техническото предложение за позиция 22 «Система за течна хроматография» от документацията е посочено, че системата трябва да притежава микровълнов детектор с възможност за едновременна детекция на 4 канала в диапазон на детекция 190-800 nm и солеви градиентен кондуктивен детектор с обхват от 0,001 mS/cm до 999 mS/cm.

Молим за Вашето разяснение, дали не е допусната техническа грешка при изписване на обхвата на солевия градиентен кондуктивен детектор, като вместо 0,01 mS/cm е изписан 0,001 mS/cm. Разликата е съществена и доколкото ни е известно, детектори с такъв обхват не съществуват.

Отговор 1:

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслираци и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

В раздел IV Техническа спецификация, т. IV.1. Техническа спецификация е посочено, че техническите спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на доставките (апаратурата) по всяка обособена позиция на обществената поръчка. Също така е посочено, че участниците могат да представят по-добри технически параметри в тяхното предложение. В този смисъл задължителните изисквания за обособена позиция 22 „Система за течна хроматография“ са посочени в раздел IV от документацията за участие.

Възложител: *На осн. чл. 2 от*
ЗЗЛД

Директор на ИМикБ-БАН