




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 3
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
"СТЕФАН АНГЕЛОВ"
№ 1026/23.11.2020 г.
СОФИЯ


РЕШЕНИЕ

№ РИ-06-1026/23.11.2020 г.

На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и утвърден Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП вх. № 1025 от 23.11.2020 г. на комисия назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед № I-63/28.05.2020 г. на Директора на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ при Българска академия на науките комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в открита процедура с предмет: **„Доставка на научноизследователска апаратура за нуждите на Център по компетентност – Институт по микробиология - БАН“** Включва закупуване на научноизследователска апаратура за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 *“Фундаментални, транслации и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”*, финансиран от Оперативна програма *„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“*, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 *„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“* с партньор ИМикБ-БАН с двадесет и две обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция 1: **„Доставка на Цитоцентрифуга“;**
2. Обособена позиция 2: **„Доставка на 3D Шейкър“;**
3. Обособена позиция 3: **„Доставка на Аналитична везна“;**
4. Обособена позиция 4: **„Доставка на Лабораторна везна“;**
5. Обособена позиция 5: **„Доставка на Лабораторна хладилна центрифуга“;**
6. Обособена позиция 6: **„Доставка на Система за дейонизирана вода“;**
7. Обособена позиция 7: **„Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“;**
8. Обособена позиция 8: **„Доставка на CO2 Инкубатор“;**
9. Обособена позиция 9: **„Доставка на Мултифункционален ELISpot четец“;**
10. Обособена позиция 10: **„Доставка на Фотодокументационна система“;**
11. Обособена позиция 11: **„Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“;**
12. Обособена позиция 12: **„Доставка на Съдова система за течен азот“;**
13. Обособена позиция 13: **„Доставка на Конвенционален PCR апарат“;**
14. Обособена позиция 14: **„Доставка на Микроарей скенер“;**
15. Обособена позиция 15: **„Доставка на Микроскопска апаратура“;**
16. Обособена позиция 16: **„Доставка на Система за хистологични изследвания“;**
17. Обособена позиция 17: **„Ламинарен кабинет клас II“;**
18. Обособена позиция 18: **„Автоматизиран брояч на клетки с възможност за флуоресцентна детекция“**
19. Обособена позиция 19: **„UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“**

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 *“Фундаментални, транслации и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”*, финансиран от Оперативна програма *„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“*, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 *„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“*



20. Обособена позиция 20: „Многорежимен четец за микроплаки“
21. Обособена позиция 21: „Комплект едноканални вариабълни пипети“
22. Обособена позиция 22: „Система за течна хроматография“,

открита с Решение РО-ОП 1 от дата 11.03.2020 г., публикувано в РОП под 964565, Обявление № 259 от 11.03.2020 г., публикувано в РОП под № 964570 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 053-125610 от 16.03.2020 г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г. с УИН в РОП 01482-2020-0001

РЕШИХ:


I. Отстранявам от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научноизследователска апаратура за нуждите на Център по компетентност – Институт по микробиология - БАН“ Включва закупуване на научноизследователска апаратура за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслирации и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН с двадесет и две обособени позиции, следните участници:

I.1. Участникът Лабимекс АД с оферта с вх. № 420/21.04.2020 г., 11:00 часа на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката по следните обособени позиции:

за обособена позиция № 1 „Доставка на Цитоцентрифуга“,

Мотиви: В представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не е включена спецификация за изисквания от възложителя UPS. Съгласно изискванията на възложителя посочени в документацията за участие, раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, за Обособена позиция № 1, т. 1 системата следва да е осигурена с UPS и предвид обстоятелството, че в документацията за участие изрично е посочено, че към техническото предложение на участниците следва да бъдат приложени доказателства за параметрите на предлаганото оборудване, участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслирации и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



за Обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки”

Мотиви: В представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не е включена спецификация за изисквания от възложителя UPS. Съгласно изискванията на възложителя посочени в документацията за участие, раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, за Обособена позиция № 7, т. 1 системата следва да е осигурена с UPS и предвид обстоятелството, че в документацията изрично е посочено, че към техническото предложение на участниците следва да бъдат приложени доказателства за параметрите на предлаганото оборудване, участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети”


Мотиви: В представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за „Регулируемостта увеличаване на обема на пипетите да е през интервал от 0.002 µl до 2.0 µl“. В приложените от участника брошури на производителя не се установи наличие на информация за обема на пипетите през заложените от възложителя интервали, поради което участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

I.2. Участникът **Биомед Фючар ЕООД** с оферта с вх. № 425/21.04.2020 г., 16:00 часа. на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката по следните обособени позиции:

за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрифуга”

Мотиви: Участникът е допуснал грешка в изписването и посочването на позицията, за която е представено техническо предложение, като е посочена Обособена позиция № 10. Предложената спецификация се отнася за обособена позиция № 1, в която представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил „Скорост – от 200 до 2000 оборота“. От представената извадка от каталог е видно, че предлагания модел цитоцентрифуга е със спецификация Скорост - от 400 до 2000 оборота, което не отговаря на посочените задължителни изисквания на възложителя в техническата спецификация.

По отношение на заложените от възложителя параметър „Вътрешен пластмасов прозрачен капак над ротора“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя комисията установи, че това изискване не е покрито. Предлагания модел цитоцентрифуга се предлага с плътен непрозрачен капак над ротора.



По отношение на заложения от възложителя параметър „Режим Stand-By“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя, комисията не откри информация за тази Допълнителна техническа и функционална характеристика.

Предвид изложеното, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система”

Мотиви: По отношение на заложения от възложителя параметър „Системата да може да работи самостоятелно без да е свързана с РС (Touch screen)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя се установи, че предложения апарат няма вграден Touch screen. Участникът посочва окомплектоване с Mini-PC-Touch аксесоар за който не е приложил техническа спецификация, поради което участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

за обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер”


Мотиви: В представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за „Система за икономична работа – двата компресора да се контролират отделно за минимизиране на консумираната енергия“. Не се установи и наличие на информация за заложеното от възложителя изискване за „Микропроцесорен контрол с неизтриваема памет“.

По отношение на заложения от възложителя параметър „Приблизителни външни размери (ШхДхВ) - 670 x 885 x 1850 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя се установи, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с външни размери 755x859,5/1002*x1999, които надвишават заложените от възложителя.

По отношение на заложения от възложителя параметър „Приблизителни вътрешни размери (ШхДхВ) - 490 x 600 x 1240 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя се установи, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с вътрешни размери 466x620x1320, които се различават от заложените от възложителя.

По отношение на заложения от възложителя параметър „Охладител – HFC“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя се установи, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с охладител R88.

По отношение на заложения от възложителя параметър „Порт за освобождаване на вакуума – 2 бр. автоматичен и ръчен“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя се установи, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с 1 бр. автоматичен порт за освобождаване на вакуума.



Предвид изложеното, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

I.3. Участникът **ФОТ ООД** с оферта с вх. № 427/21.04.2020 г., 16:40 часа. на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката по следните обособени позиции:

за обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки”

Мотиви: В представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не е включена спецификация за изисквания от възложителя UPS. Съгласно изискванията на възложителя посочени в документацията за участие, раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, за Обособена позиция № 7, т. 1 системата следва да е осигурена с UPS и предвид обстоятелството, че в документацията изрично е посочено, че към техническото предложение на участниците следва да бъдат приложени доказателства за параметрите на предлаганото оборудване, участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


I.4. Участникът **РИДАКОМ ЕООД** с оферта с вх. № 428/21.04.2020 г., 16:50 часа. на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката по следните обособени позиции:

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система”

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не съответства по отношение на заложения от възложителя параметър „Системата да може да работи самостоятелно без да е свързана с РС (Touch screen)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя е видно, че предложението апарата няма вграден Touch screen, поради което участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

за Обособена позиция № 21 “Комплект едноканални вариабълни пипети”

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за „Регулируемостта на увеличаване на обема на пипетите да е през интервал от 0.002 µl до 2.0 µl“ поради което, участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.



1.5. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД с оферта с вх. № 540/27.05.2020 г., 14:00 часа. на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката по следните обособени позиции:

за обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна”

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя спецификация „Стабилизиране за не повече от 2 секунди“. От представената извадка от каталог и от сайта на фирмата производител е видно, че предлаганата Аналитична везна не покрива тези изисквания. Предложения от участника модел аналитична везна е с функция за стабилизиране 3сек, поради което участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна”

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя спецификация „Размер на блюдото – 160 до 200 mm ø“. От представената извадка от каталог и от сайта на фирмата производител е видно, че предлаганата Лабораторна везна не покрива тези изисквания. Предложения от участника модел лабораторна везна е с размер на блюдото от 118 mm ø, поради което участникът е представил оферта за посочената обособена позиция, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


за обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер”

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя. Не се установява наличие на информация за заложеното от възложителя изискване за „Система за икономична работа – двата компресора се контролират отделно за минимизиране на консумираната енергия“.

В представената от участника оферта не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за „Микропроцесорен контрол с неизтриваема памет“.

По отношение на заложените от възложителя параметър „Приблизителни външни размери (ШхДхВ) - 670 x 885 x 1850 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с външни размери 755x859,5/1002*х1999, които надвишават заложените от възложителя.

По отношение на заложените от възложителя параметър „Приблизителни вътрешни размери (ШхДхВ) - 490 x 600 x 1240 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел



дълбоко-замразяващ фризер е с вътрешни размери 466x620x1320, които се различават от заложените от възложителя.

По отношение на заложения от възложителя параметър „Охладител – HFC“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с охладител EP88.

По отношение на заложения от възложителя параметър „Порт за освобождаване на вакуума – 2 бр. автоматичен и ръчен“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с 1бр. автоматичен порт за освобождаване на вакуума.

Предвид изложеното, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

за обособена позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат”

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя. По отношение на заложения от възложителя параметър „PCR апарата да притежава двоен модул (2x48 ямков реакционен модул) позволяващ протичането на два независими експеримента едновременно“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел конвенционален PCR апарат позволява използването на 96X0.2mL PCR епруветки, 8X12 PCR плаки или 96 ямкова плака, но не и 2x48 ямкови самостоятелни модула.

В представената от участника оферта и след справка в сайта на производителя не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за „Конвенционалния PCR да има техническа възможност за надграждане до апарат за количествен (Real time) PCR“.

По отношение на заложения от възложителя параметър „Да може да генерира термален градиент в реакционен блок с градиентен обхват от 30°C до 100° C за оптимизиране на различни температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°C“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел конвенционален PCR апарат генерира термален градиент в реакционен блок с градиентен обхват от 30°C до 99° C.

Предвид изложеното, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

за Обособена позиция № 21 “Комплект едноканални вариабълни пипети”

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя. По отношение на заложения от възложителя параметър „Регулируемостта на увеличаване на обема на пипетите да е през интервал от 0.002 µl до 2.0 µl“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслаци и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

изискване не е покрито. Предложения от участника комплект едноканални вариабълни пипети покриват интервал за регулиране на обема в интервал от 0.1 µl до 5.0 µl.

По отношение на заложения от възложителят параметър „Пипетите да позволяват автоклавиране“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника комплект едноканални вариабълни пипети подволяват автоклавиране само на конкретни части от тях.

II. Обявявам следното класиране на участниците в обществена поръчка с предмет, **„Доставка на научноизследователска апаратура за нуждите на Център по компетентност – Институт по микробиология - БАН“** Включва закупуване на научноизследователска апаратура за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 *“Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”*, финансиран от Оперативна програма *„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“*, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 *„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“* с партньор ИМикБ-БАН с двадесет и две обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция 1: **„Доставка на Цитоцентрофуга“;**
2. Обособена позиция 2: **„Доставка на 3D Шейкър“;**
3. Обособена позиция 3: **„Доставка на Аналитична везна“;**
4. Обособена позиция 4: **„Доставка на Лабораторна везна“;**
5. Обособена позиция 5: **„Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“;**
6. Обособена позиция 6: **„Доставка на Система за дейонизирана вода“;**
7. Обособена позиция 7: **„Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“;**
8. Обособена позиция 8: **„Доставка на CO2 Инкубатор“;**
9. Обособена позиция 9: **„Доставка на Мултифункционален ELISpot четец“;**
10. Обособена позиция 10: **„Доставка на Фотодокументационна система“;**
11. Обособена позиция 11: **„Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“;**
12. Обособена позиция 12: **„Доставка на Съдова система за течен азот“;**
13. Обособена позиция 13: **„Доставка на Конвенционален PCR апарат“;**
14. Обособена позиция 14: **„Доставка на Микроарей скенер“;**
15. Обособена позиция 15: **„Доставка на Микроскопска апаратура“;**
16. Обособена позиция 16: **„Доставка на Система за хистологични изследвания“;**
17. Обособена позиция 17: **„Ламинарен кабинет клас II“;**
18. Обособена позиция 18: **„Автоматизиран брояч на клетки с възможност за флуоресцентна детекция“**
19. Обособена позиция 19: **„UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“**
20. Обособена позиция 20: **„Многорежимен четец за микроплаки“**
21. Обособена позиция 21: **„Комплект едноканални вариабълни пипети“**
22. Обособена позиция 22: **„Система за течна хроматография“;**

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 *“Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”*, финансиран от Оперативна програма *„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“*, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 *„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“*



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “Цитоцентрофуга”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 “3D Шейкър”

Първо място -Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 100 точки.

Второ място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 99.39 точки.

Трето място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 93.58 точки.

Четвърто място -Участник ФОТ ООД с КО = 87.92 точки.

Пето място -Участник ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД с КО = 35.45 точки.


Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 “Аналитична везна”

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки

Второ място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 97.31 точки.

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслации и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 “Лабораторна везна”

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки

Второ място -Участник РИДАКОМ ЕООД с КО = 92.23 точки.

Трето място -Участник ФОТ ООД с КО = 90 точки.

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 “Лабораторна хладилна центрофуга”

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки

Второ място -Участник РИДАКОМ ЕООД с КО = 94.81 точки

Трето място -Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 88.11 точки

Четвърто място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 87.59 точки



Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 “Система за дейонизирана вода”

Първо място -Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 100 точки.


Второ място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 96.59 точки

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 “Мултифункционален спектро-фотометър за плаки”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 “CO2 Инкубатор”.

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 “Мултифункционален ELISpot четец”.

Участник CTL Europe GmbH с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 “Фотодокументационна система”

Първо място -Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки.

Второ място -Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 93.23 точки.

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслации и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 “Дълбоко-замразяващ фризер”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12 “Съдова система за течен азот”


Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 “Конвенционален PCR апарат”

Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 “Микроарей скенер”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 “Микроскопска апаратура”

Участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16 “Система за хистологични изследвания”

Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки.

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 “Ламинарен кабинет клас II ”

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслаци и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки.

Второ място -Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 98.24 точки.

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за флуоресцентна детекция”

Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 “ UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети”

Първо място -Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 85.34 точки

Второ място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 72 точки.

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническите си предложения са представили описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения отговарят на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслации и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 “ Мултифункционален четец за анализ на биологични проби ”

Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 100 точки

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети ”


Участник ФОТ ООД с КО = 100 точки

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22 “ Система за течна хроматография ”

Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя заложи в обявлението и документацията за участие. Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслаци и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител за оптимално съотношение качество/цена е определено посоченото класиране.

III. Определям за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции:

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “Цитоцентрифуга”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 “3D Шейкър”

Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 “Аналитична везна”

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 “Лабораторна везна”

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 “Лабораторна хладилна центрифуга”

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 “Система за дейонизирана вода”

Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 “Мултифункционален спектро-фотометър за плаки”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 “CO2 Инкубатор”.

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 “Мултифункционален ELISpot четец”.

Участник CTL Europe GmbH с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 “Фотодокументационна система”

Проект BG05M2OP001-I.002-0001 “Фундаментални, транслаци и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-I.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 “Дълбоко-замразяващ фризер”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12 “Съдова система за течен азот”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 “Конвенционален PCR апарат”

Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 “Микроарей скенер”

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 “Микроскопска апаратура”

Участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16 “Система за хистологични изследвания”

Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 “Ламинарен кабинет клас II ”

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за флуоресцентна детекция ”

Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 “ UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети”

Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 85.34 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 “ Мултифункционален четец за анализ на биологични проби ”

Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 100 точки

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслаци и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети ”

Участник ФОТ ООД с КО = 100 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22 “ Система за течна хроматография ”

Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки

IV. На определените изпълнители ще бъде предложено сключването на договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка по съответните обособени позиции.

V. Настоящото решение, протоколите и доклада от работата на комисията да се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на поръчката.

VI. В един и същи ден, настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, на страницата на възложителя, на ел. адрес:

<http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-2020-g/obyavi-i-protseduri-po-zakona-za-obshtestveni-porachki-2020-g/op-1-2020-g/>

VII. На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от връчването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

проф. Пенка Петрова