

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисията назначената със Заповед № I-64/01.06.2020 г. на Директора на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ при Българска академия на науките. Комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на апаратура за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“-БАН за изпълнение на научноизследователски проекти“ с четиридесет и шест обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана;
- Обособена позиция № 2: Вортекс;
- Обособена позиция № 3: Вортекс;
- Обособена позиция № 4: Анаеробен инкубатор;
- Обособена позиция № 5: Термостат (инкубатор);
- Обособена позиция № 6: Термостат;
- Обособена позиция № 7: Комбиниран термостат със стерилизатор;
- Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове;
- Обособена позиция № 9: Ламинарен бокс;
- Обособена позиция № 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен;
- Обособена позиция № 11: Ламинарен бокс единичен;
- Обособена позиция № 12: Орбитален термощейкър (клатачка) с водна баня;
- Обособена позиция № 13: Водна баня;
- Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка;
- Обособена позиция № 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор;
- Обособена позиция № 16: Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR;
- Обособена позиция № 17: Центрофуга;
- Обособена позиция № 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C);
- Обособена позиция № 19: Хладилник с фризерна секция;
- Обособена позиция № 20: Хладилник с фризерна секция;
- Обособена позиция № 21: Хладилник;
- Обособена позиция № 22: Хладилник с фризер с две врати тип „Side By Side“;
- Обособена позиция № 23: Преносим спектрофотометър;
- Обособена позиция № 24: Прецизна везна;
- Обособена позиция № 25: Аналитична везна;
- Обособена позиция № 26: Аналитична везна;
- Обособена позиция № 27: Техническа везна;
- Обособена позиция № 28: Аналитична везна;
- Обособена позиция № 29: Филтриращи системи от неръждаема стомана – фуния;
- Обособена позиция № 30: Microplate absorbance reader;
- Обособена позиция № 31: Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза;

- Обособена позиция № 32: Колбогрейка;
- Обособена позиция № 33: Апарат за микродестилация;
- Обособена позиция № 34: Преносим Газов анализатор за CO₂ (0-30%) с CO₂ -метър и логер;
- Обособена позиция № 35: Преносим Газов анализатор за O₂ (ОКСИМЕТЪР);
- Обособена позиция № 36: рН-метър;
- Обособена позиция № 37: Полеви рН метър;
- Обособена позиция № 38: Дифрагмена помпа;
- Обособена позиция № 39: Луксомер- Дигитален светлинен метър;
- Обособена позиция № 40: Компресор за въздух 50 л.;
- Обособена позиция № 41: Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа;
- Обособена позиция № 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера;
- Обособена позиция № 43: Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера;
- Обособена позиция № 44: Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция;
- Обособена позиция № 45: Уред за автоматично посяване;
- Обособена позиция № 46: Дестилатор с автоматична електрическа система за отопление.

открита Решение изх. № 286 от 17.03.2020 г., публикувано в РОП под № 965877 и Обявление изх. № 287 от 17.03.2020 г., публикувано в РОП под № 965890 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 057-135396 от 20.03.2020 г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 г. с УИН в РОП 01482-2020-0002

I. На 12.08.2020 г. се събра комисията в непроменен състав, като продължи работата си по разглеждане на допълнително представените документи от участниците в съответствие с констатациите на комисията подробно описани в Протокол № 1 от работата на комисията. Комисията проведе заседанията си в сградата на Институт по микробиология "Стефан Ангелов" при Българска академия на науките (ИМикБ-БАН), гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 26, в заседателна зала.

Преди да пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи по Протокол № 1 от работата на комисията, комисията установи, че в съответствие с чл. 57, ал.43 ППЗОП, Протокол № 1 от работата на комисията е изпратен на участниците на 03.08.2020 г., като в същия ден е публикуван и в «Профил на купувача» на интернет страницата на Възложителя.

Комисията установи, че са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва:

Оферта №	Име на участника	Вх. № на офертата, получен от Деловодството на ИМикБ-БАН, дата и час на получаване
1.	АА Медикъл ООД	№756/04.08.2020 г., позиция 30
2.	Нова груп инвестмент СРЛ	№ 764/06.08.2020 г., подадена в 10:30 часа.; позиция 30
2.	Лабимекс Ад,	№ 771/07.08.2020 г., позиции 5,6,12,13,14,15,16,17,24,28,41,42,43
3.	Лабтех ЕООД	№ 763/06.08.2020 г., , позиции 5,6,9,10,12,16,17,28,31
4.	Данс Фарма ЕООД	№ 772/07.08.2020 г., , позиция 18, 37
5.	ЕТ Валерус	№ 762/06.08.2020 г., , позиция 2,3,6,8,16,24,25,28,37
6.	РСР – ЕООД	№ 773/07.08.2020 г. , позиция 1,2,3,5,6,9,10,17,18,26,27,28,36,37,45
7.	Елта 90М ООД	№ 770/07.08.2020 г., , позиция 9,17
8.	Биосистеми ООД	№ 758/05.08.2020 г., , позиция 16
9.	Фот ООД	№ 768/06.08.2020 г., , позиция 6 ,9,24,32,36,38
10.	Биомед Фючар ЕООД	№ 757/04.08.2020 г. , позиция 9,15,16,31,41

Комисията установи, че горепосочените участници са представили допълнителни документи по констатациите на комисията в срок и пристъпи към тяхното разглеждане им на закрити заседания проведени на 12.08.2020 г., 26.08.2020 г., 15.09.2020 г., 05.10.2020 г., 18.11.2020 г. и 26.11.2020 г. :

1. II.1. Участникът **АА Медикъл България ЕООД** е представил допълнителни документи с вх. № 756/04.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ **Microplate absorbance reader**“. Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационни писма;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

2. П.2. Участникът **Нова груп инвестмент СРЛ** е представил допълнителни документи с вх. № 764006.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ **Microplate absorbance reader** “. Участникът е представил следните документи:

- Декларация за срока на валидността на офертата;

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията обективирани в Протокол № 1 и същия отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

П.2. Участникът **Лабимекс АД** е представил допълнителни документи с вх. № 771/07.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 5 “ **Термостат (инкубатор)** “; Обособена позиция № 6: **Термостат**; Обособена позиция № 12 “ **Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня** “; Обособена позиция № 13 “ **Водна баня** “; Обособена позиция № 14 “ **Водна баня с клатачка** “; Обособена позиция № 15 “ **Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор** “; Обособена позиция № 16 “ **Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR** “; Обособена позиция № 17 “ **Центрофуга** “; Обособена позиция № 24 “ **Прецизна везна** “; Обособена позиция № 28 “ **Аналитична везна** “; Обособена позиция № 41 “ **Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа** “; Обособена позиция № 42 “ **Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера** “ и Обособена позиция № 43 “ **Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера** “. Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;

- Оторизационни писма;
- Копие на сертификат за качество по ISO 9001:2015;
- Справка за конкретен годишен оборот по обособени позиции;
- Годишни финансови отчети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
- Доказателства за изпълнение доставки;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представените оторизационни писма, посочени в ЕЕДОП-а на участника са за всяка от обособените позиции.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.3. Участникът **Лабтех ЕООД** е представил допълнителни документи с вх. № 763/06.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 5 **“Термостат (инкубатор)”**; Обособена позиция № 6 **“Термостат”**; Обособена позиция № 9 **“Ламинарен бокс”**; Обособена позиция № 10 **“Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен”**; Обособена позиция № 12 **“Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня”**; Обособена позиция № 16 **“Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR”**; Обособена позиция № 17 **“Центрофуга”**; Обособена позиция № 28 **“Аналитична везна”** и Обособена позиция № 31 **“Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза”**. Участникът е представил следните документи:

за обособена позиция № 5 **“Термостат (инкубатор)”**

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от POL-EKO-APARATURA;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 6 “Термостат”

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от POL-EKO-APARATURA;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложили в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс”

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Azbil Telstar Technologies S.L.U.;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложили в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Azbil Telstar Technologies S.L.U.;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня“

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от LAUDA-GFL Gesellschaft fur Labortechnik mbH;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от MPW Med Instruments;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същия отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 17 “Центрофуга”

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от MPW Med Instruments;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същия отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 28 “Аналитична везна”

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от KERN&Son GmbH;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същия отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Consort bvba;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същия отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.4. Участникът **Данс Фарма ЕООД** е представил допълнителни документи с вх. № 772/07.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 18 “ **Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)** и Обособена позиция № 37 „**Полеви рН метър**“. Участникът е представил следните документи:

за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Quingdao Haier Biomedical;
- Копие на сертификат по ISO 9001:2015;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,

установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложиени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Adwa Hungary Kif;
- Копие на сертификат по ISO 9001:2015;
- Декларация за срока на валидността на офертата;

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложиени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.5. Участникът **ЕТ Валерус** е представил допълнителни документи с вх. № 762/06.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 2 “**Вортекс**”; обособена позиция № 3 “**Вортекс**”; обособена позиция № 6 “**Термостат**”; обособена позиция № 8 “**Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове**”; обособена позиция № 16 “**Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR**”; обособена позиция № 24 “**Прецизна везна**”; обособена позиция № 25 “**Аналитична везна**”; обособена позиция № 28 “**Аналитична везна**” и Обособена позиция № 37 “**Полеви рН метър**”. Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Справка за конкретен годишен оборот по обособени позиции за последните три приключили финансови години;

- Копие на оторизационни писма за всяка от обособените позиции;
- Копие на Сертификат по ISO 9001:2015 г. на участника с обхват посочен в ЕЕДОП-а.

Допълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложиени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

П.6. Участникът **РСР – ЕООД** е представил допълнителни документи с вх. № 773/07.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 1 “ **Ултразвукова вана**”; обособена позиция № 2 “ **Вортекс**”; обособена позиция № 3 “ **Вортекс**”; обособена позиция № 5 “ **Термостат (инкубатор)**”; обособена позиция № 6 “ **Термостат**”; обособена позиция № 9 “ **Ламинарен бока**”; обособена позиция № 10 “ **Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен**”; обособена позиция № 17 “ **Центрофуга**”; обособена позиция № 18 “ **Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)**”; обособена позиция № 26 “ **Аналитична везна**”; обособена позиция № 27 “ **Техническа везна**”; обособена позиция № 28 “ **Аналитична везна**”; обособена позиция № 36 “ **рН-метър**”; обособена позиция № 37 “ **Полеви рН-метър**” и Обособена позиция № 45 “ **Уред за автоматично посяване**”.

Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за които участва;
- Свидетелство за съдимост на управителя;
- Копие на годишен финансов отчет за 2019 г.

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представените ЕЕДОП-и са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложиени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.7. Участникът **ЕЛТА 90М ООД** е представил допълнителни документи с вх. № 770/07.08.2020 г., 13:16 часа. Участникът участва за обособена позиция № 9 “ **Ламинарен бокс**” и Обособена позиция № 17 “ **Центрофуга**”.

Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за които участва;

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представените ЕЕДОП-и са отразени всички пропуски установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията обективирани в Протокол № 1 и същия отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.8. Участникът **Биосистеми ООД** е представил допълнителни документи с вх. № 758/05.08.2020 г., 14:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 16 “ **Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR**”. Участникът е представил следните документи:

- Оторизационно писмо от Епендорф Австрия;
- Копие на сертификат по ISO 9001:2015 на участника с обхват посочен в ЕЕДОП-а на участника.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същия отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.9. Участникът **ФОТ ООД** е представил допълнителни документи с вх. № 768/06.08.2020 г., 14:30 часа. Участникът участва за обособена позиция № 6 “ **Термостат**”; обособена позиция № 9 “ **Ламинарен бокс** ”; обособена позиция № 24 “ **Прецизна взна** ”; обособена позиция № 32 “ **Колбогрейка** ”; Обособена позиция № 36 “ **pH-метър**” и Обособена позиция № 38 “ **Дифрагмена помпа**”. Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за които участва;
- Копие на оторизационни писма посочени в ЕЕДОП-ите на участника за всяка една от обособените позиции, за които участва.

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представените ЕЕДОП-и са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.10. Биомед Фючар ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 757...../04.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 6 **“Ламинарен бокс“**; обособена позиция № 15 **“Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“**; обособена позиция № 16 **“Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“**; обособена позиция № 31 **“Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“** и Обособена позиция № 41 **“Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа“**. Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за които участва;
- Копие на оторизационни писма посочени в ЕЕДОП-ите на участника за всяка една от обособените позиции, за които участва.

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представените ЕЕДОП-и са отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложи в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

Комисията установи, че участникът **Елпак Лизинг ЕООД** с оферта с вх. № 550/29.05.2020 г., 13:30 часа., за обособена позиция № 24 “ **Прецизна везна**“; обособена позиция № 25 “ **Аналитична везна**“; обособена позиция № 26 “ **Аналитична везна**“; обособена позиция № 27 “ **Техническа везна**“; и Обособена позиция № 28 “ **Аналитична везна**“ в определения с Протокол № 1 на комисията срок не е представил допълнително изискваните от комисията документи. В тази връзка, комисията счита, че участникът не отговаря на критериите за подбор, заложиени от възложителя в обявлението и документацията за участие, както и че същият е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне. Комисията счита че е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения и предлага същия да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП.

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците.

III. Разглеждане на техническите оферти на допуснатите участници.

III.1. Участникът **АА Медикъл България ЕООД** е представил оферта с вх. № 417/21.04.2020 г., 10:27 часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ **Microplate absorbance reader**“.

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.2. Участникът **Нова груп инвестмент СРЛ** е представил оферта с вх. № 419/21.04.2020 г., 10:30 часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ **Microplate absorbance reader**“.

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че е в техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.3. Участникът **Лабимекс Ад** е представил оферта с вх. № 421/21.04.2020 г., подадена в 11:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5 “ **Термостат (инкубатор)**“; Обособена позиция № 6: **Термостат**; Обособена позиция № 12 “ **Орбитален термошейкър (клатачка)** с

водна баня“; Обособена позиция № 13 “ Водна баня“; Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“; Обособена позиция № 15 “ Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; Обособена позиция № 17 “ Центрофуга“; Обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; Обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“; Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа“; Обособена позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера“ и Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера“.

за обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че е в техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 6: Термостат

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 13 “ Водна баня“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 15 “ Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, в техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, в техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 17 “ Центрофуга“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера”:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.4. Участникът **Лабтех ЕООД** е представил оферта с вх. № 429/22.04.2020 г., 11:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)”; Обособена позиция № 6 “Термостат”; Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс”; Обособена позиция № 10 “Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен”; Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня”; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR”; Обособена позиция № 17 “Центрофуга”; Обособена позиция № 28 “Аналитична везна” и Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза”.

за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 6 “Термостат”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 17 “Центрофуга”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 28 “Аналитична везна”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.5. Участникът **Данс Фарма ЕООД** е представил оферта с вх. № 458/27.04.2020 г., 13:50 часа. Участникът участва за обособена позиция № 18 “ **Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)** и Обособена позиция № 37 „**Полеви рН метър**“.

за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат. От същото и от приложени брошури на производителя е видно, че участникът предлага фризер с вертикално отваряне. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация и наименованието на самоата обособена позиция е видно, че възложителят е заложил изискване за фризер с хоризонтално отваряне със

съответните технически характеристики. В тази връзка, комисията счита, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката /техническо предложение/, което не отговаря на предварително посочените от възложителя изисквания в техническата спецификация за обособена позиция № 18. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения и предлага същият да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

за Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.6. Участникът **ЕТ Валерус** е представил оферта с вх. № 543/28.05.2020 г., 10:50 часа. Участникът участва за обособена позиция № 2 “**Вортекс**”; обособена позиция № 3 “**Вортекс**”; обособена позиция № 6 “**Термостат**”; обособена позиция № 8 “**Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове**”; обособена позиция № 16 “**Центрофуга, лабораторна за спруветки и PCR**”; обособена позиция № 24 “**Прецизна везна**”; обособена позиция № 25 “**Аналитична везна**”; обособена позиция № 28 “**Аналитична везна**” и Обособена позиция № 37 “**Полеви рН метър**”.

за обособена позиция № 2 “Вортекс”:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За обособена позиция № 3 “Вортекс”:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат. От същото и от приложени брошури на производителя е видно, че участникът предлага апарат с модел МХ-S, а в описанието на параметрите е описала параметри на модел МХ-Е. След направена справка от страна на комисията на интернет страницата на производителя на предлаганото оборудване, комисията установи, че и за двата посочени модела от участника има несъответствие в предлаганите параметри съгласно

техническата спецификация на възложителя за обособената позиция, а именно не е налице възможност за адаптери /приставки/ микро епруветки, колби и конични епруветки, както и несъответствие в диаметъра на орбитата. В тази връзка, комисията счита, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката /техническо предложение/, което не отговаря на предварително посочените от възложителя изисквания в техническата спецификация за обособена позиция № 18. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения и предлага същият да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

за обособена позиция № 6 “ Термостат“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че е в техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За обособена позиция № 8 “ Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 25 “ Аналитична взна“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че е в техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За обособена позиция № 28 “ Аналитична взна“ и Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат. От същото и видно от приложени брошури на производителя е видно, че участникът предлага апарат с размер на блюдото 51 мм, който не съответства на посочения размер в техническата спецификация за обособената позиция – 90-91 мм. В тази връзка, комисията счита, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката /техническо предложение/, което не отговаря на предварително посочените от възложителя изисквания в техническата спецификация за обособена позиция № 18. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения и предлага същият да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

III.7. Участникът РСР – ЕООД е представил оферта с вх. № 548/29.05.2020 г., 13:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“; обособена позиция № 2 “ Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“; обособена позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бока“; обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“; обособена позиция № 17 “ Центрофуга“; обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)“; обособена позиция № 26 “ Аналитична взна“; обособена позиция № 27 “ Техническа взна“; обособена позиция № 28 “ Аналитична взна“; обособена позиция № 36 “ рН-метър“; обособена позиция № 37 “ Полеви рН-метър“ и Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично посяване“.

за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 2 “ Вортекс“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 3 “ Вортекс“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 6 “ Термостат“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При

подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 9 “ Ламинарен бока“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 17 “ Центрофуга“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.

Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 27 “ Техническа везна“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 36 “ рН-метър“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 37 “ Полеви рН-метър“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично посяване“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.8. Участникът **ЕЛТА 90М ООД** е представил оферта с вх. № 549/29.05.2020 г., 13:16 часа. Участникът участва за обособена позиция № 9 “ **Ламинарен бокс**“ и Обособена позиция № 17 “ **Центрофуга**“.

за обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

за обособена позиция № 17 “ Центрофуга“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.9. Участникът **Биосистеми ООД** е представил оферта с вх. № 552/29.05.2020 г., 14:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 16 “ **Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR**”.

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.10. Участникът **ФОТ ООД** е представил оферта с вх. № 553/29.05.2020 г., 14:30 часа. Участникът участва за обособена позиция № 6 “ **Термостат**”; обособена позиция № 9 “ **Ламинарен бокс** ”; обособена позиция № 24 “ **Прецизна везна** ”; обособена позиция № 32 “ **Колбогрейка** ”; Обособена позиция № 36 “ **pH-метър**” и Обособена позиция № 38 “ **Дифрагмена помпа**”.

За обособена позиция № 6 “ **Термостат**”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 9 “ **Ламинарен бокс**”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 24 “ **Прецизна везна**”

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При

подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 32 “ Колбогрейка“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 36 “ рН-метър“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 38 “ Дифрагмена помпа“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

III.11. Биомед Фючар ЕООД е представил оферта с вх. № 556/29.05.2020 г., 16:30 часа. Участникът участва за обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; обособена позиция № 15 “Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“ и Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа“.

за обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

обособена позиция № 15 “Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа“

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

IV. Участници, допуснати до отваряне на ценовите предложения по обособени позиции:

- **Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана:**

РСР ЕООД

- **Обособена позиция № 2: Вортекс:**

ЕТ Валерус – Валери Йорданов

РСР ЕООД

- **Обособена позиция № 3: Вортекс:**

РСР ЕООД

- **Обособена позиция № 5: Термостат (инкубатор):**

Лабимекс АД

Лабтех ООД

РСР ЕООД

- **Обособена позиция № 6: Термостат:**

РСР ЕООД

ФОТ ООД

Лабтех ООД

Лабимекс АД

- **Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове:**

ЕТ Валерус-Валери Йорданов

- **Обособена позиция № 9: Ламинарен бокс:**

Лабтех ООД

РСР ЕООД
ЕЛТА 90М ООД
ФОТ ООД
Биомед Фючар ЕООД

- Обособена позиция № 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен:

Лабтех ООД
РСР ЕООД

- Обособена позиция № 12: Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня:

Лабимекс АД
Лабтех ООД

- Обособена позиция № 13: Водна баня:

Лабимекс АД

- Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка:

Лабимекс АД

- Обособена позиция № 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор:

Лабимекс АД
Биомед Фючар ЕООД

- Обособена позиция № 16: Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR:

Лабимекс АД
Лабтех ООД
ЕТ Валерус-Валери Йорданов
Биосистеми ООД
Биомед Фючар ЕООД

- Обособена позиция № 17: Центрофуга:

Лабимекс АД
Лабтех ООД
ЕЛТА 90М ООД
РСР ЕООД

- Обособена позиция № 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C):

РСР ЕООД

- Обособена позиция № 24: Прецизна везна:

Лабимекс АД
ЕТ Валерус-Валери Йорданов
ФОТ ООД

- Обособена позиция № 25: Аналитична везна:

ЕТ Валерус-Валери Йорданов

- Обособена позиция № 26: Аналитична везна:

РСР ЕООД

- Обособена позиция № 27: Техническа везна:

РСР ЕООД

- Обособена позиция № 28: Аналитична везна:

Лабимекс АД
Лабтех ООД
РСР ЕООД

- Обособена позиция № 30: Microplate absorbance reader:

АА Медикъл България ООД
Нова Груп Инвестмънт ООД

- Обособена позиция № 31: Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза:

Лабтех ООД
Биомед Фючар ЕООД

- Обособена позиция № 32: Колбогрейка:

ФОТ ООД

- Обособена позиция № 36: рН-метър:

РСР ЕООД

ФОТ ООД

- Обособена позиция № 37: Полеви рН метър:

РСР ЕООД

ЕТ Валерус-Валери Йорданов

- Обособена позиция № 38: Дифрагмена помпа:

ФОТ ООД

- Обособена позиция № 41: Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа:

Лабимекс АД

Биомед Фючар ЕООД

- Обособена позиция № 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера:

Лабимекс АД

- Обособена позиция № 43: Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера:

Лабимекс АД

- Обособена позиция № 45: Уред за автоматично посяване:

РСР ЕООД

V. Участници, предложени за отстраняване от процедурата:

- Участникът Елпак Лизинг ЕООД с оферта с вх. № 550/29.05.2020 г., 13:30 часа., за обособена позиция № 24 “ Прецизна взна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична взна“; обособена позиция № 26 “ Аналитична взна“; обособена позиция № 27 “ Техническа взна“; и Обособена позиция № 28 “ Аналитична взна“ на основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП, тъй като в определения с Протокол № 1 на комисията срок не е

представил допълнително изисканите от комисията документи. В тази връзка, комисията счита, че участникът не отговаря на критериите за подбор, заложили от възложителя в обявлението и документацията за участие, както и че същият е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне.

- Участникът **ЕТ Валерус** с оферта с вх. № 543/28.05.2020 г., 10:50 часа. за обособена позиция № 3 “ **Вортекс**“ и обособена позиция № 28 “ **Аналитична везна**“ на основание чл. 107, т. 1, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта/технически предложени/ за посочените обособени позиции, които не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и техническата спецификация.
- Участникът **Данс Фарма ЕООД** с оферта с вх. № 458/27.04.2020 г., 13:50 часа. за обособена позиция № 18 “ **Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)** на основание чл. 107, т. 1, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта/техническо предложение/ за посочената обособена позиция, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и техническата спецификация.

Комисията взе решение публичното заседание за отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се състои на 02.12.2020 г от 9.30 часа, за което да се публикува съобщение на интернет страницата на ИМикБ-БАН в секция „Профил на купувача“ при спазване на условията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП.

Комисията взе решение настоящият Протокол 2 да се публикува и на профила на купувача на интернет страницата на ИМикБ-БАН.

С извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на 26.11.2020 година.

След съставянето му настоящият протокол се подписа без особени мнения от членовете на комисията както следва:

Комисия:

1. Председател - гл. асист. д-р Мая Захариева	
2. асист. д-р Стефан Енгибаров	
3. асист. Иван Иванов	
4. Виолета Манолова	
5. Гергана Гергова-Ангелова	

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД